

Periodisk inspektion av lyftselar

Riktlinjer för periodisk inspektion av Human Care lyftselar enligt SS/EN/ISO 10535:2021, bilaga Annex B.

För att säkerställa säkerhet och god funktion skall kontroll av selen göras vid varje användningstillfälle. Dessutom bör en dokumenterad inspektion genomföras minst var 6:e månad. Periodisk inspektion bör genomföras av en person som är lämplig och väl kvalificerad och har god kännedom om konstruktion, användning och skötseln av lyftselar/personlyftar.

Sele / artikelnummer / storlek:.....

Tillverkningsdatum / serienummer:.....

Brukarens namn:.....

Kontroll av sele:	Svar: Ja eller Nej
Går selens etikett att läsa?	
Är selens tyg helt? - Inga revor, hål eller dylikt? - Onormalt slitage?	
Är selens sömmar, kantband och upphängningsöglor intakta?	
Finns selens bruksanvisning tillgänglig?	
Finns det ett utprovningsprotokoll till selen?	

Kommentarer.....

Godkännande av selen:
Datum:
Inspektion utförd av: